

T.C.  
KÜTAHYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

Konu: Yıkama makinası deterjanı

SİMAV/ KÜTAHYA  
21.04.2021

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelerin/hizmetin Alımı, 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. Maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemeleri/hizmeti ne kadar bedelle verebileceğiniz/yapabileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **30.04.2021 günü saat 15 :00** 'a kadar Doç. Dr. İsmail KARAKUYU Simav Devlet Hastanesine gönderilmesini, belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen teklif mektuplarının kabul edilmeyeceğini alman tekliflerin değerlendirilmesinin Hastane idaresinin uygun olduğu zamanlarda yapılacağını bilmesini rica ederim.

**İdari Şartlar,**

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Hastanemize aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, işçilik vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Gerekli olan Yedek Parçalar takılıp, cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Söz konusu iş, siparişi takiben **5 gün** içerisinde Hastanenin mesai saatleri dâhilinde 08.00-16.00 saatlerinde Hastaneye teslim edilecektir
5. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 Mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 150 gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.
6. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiş olsa bile bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
7. Teklifler **genel yekûn/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.  
Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce hastanemize teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 274 513 68 73** no lu telefona faks edilmesi veya [satinalmasimav@hotmail.com](mailto:satinalmasimav@hotmail.com) adresine mail olarak gönderilmesi daha sonra ise teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.

Op.Dr.Naci ÇAĞLAR  
Başhekim

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	B. Fiyatı	Toplam
1	YIKAMA MAKİNASI DETERJANI (5Litrelik)	10	ADET		
<b>GENEL TOPLAM</b>					

## YIKAMA MAKİNELERİNDE KULLANILAN TEMİZLEYİCİ (ALKALİ) SOLÜSYON

1. Alkali solüsyon hastane ve diğer tıbbi kurumlardaki cerrahi araçların ve sert endoskoplarn, MIC araçlarının, anestezi, cerrahi ve ürolojide kullanılan plastik araçların, ameliyathane terlikleri ile biberonlar ve labaratuvarında kullanılan camların alkalik temizlenmesi amacıyla idarede bulunan otomatik yıkama makinelerinde kullanıma uygun veya aynı marka olmalıdır.
  - 1.a) Solüsyon alkaliler yanında silikatlar ve aşınma inhibitörleri de içermelidir.
  - 1.b) Solüsyon kan, serum gibi tipik medikal kirlenmelere karşı kullanılmalıdır.
  - 1.c) Solüsyon cerrahi alet ve diğerleri için otomatik yıkama makinelerinde 93°C de termik olarak veya 60°C kimyasal olarak dezenfekte edilebilen tıbbi cihazların ve aksesuarların ön temizliğinde kullanılmalıdır.
  - 1.d) PH değeri yaklaşık 14 olmalıdır.
  - 1.e) Dozaj pompası olan bütün makinelerde tıbbi alanda temizleme için 3-5 mL/L oranında, hertürlü kullanıma uygun olmalıdır.
  - 1.f) Solüsyonlar 5 litrelik polietilen bidonlarda ambalajlanmış olmalıdır.

Umut 701211  
Sfa. 11/203401 Sor  
