

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

Konu: Su sistemi malzemeleri

SİMAV/ KÜTAHYA
01.07.2021

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelerin/ hizmetin Alımı, 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. Maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemeleri/hizmeti ne kadar bedelle verebileceğiniz/yapabileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **09.07.2021 günü saat 10 :00 'a** kadar Doç.Dr.İsmail KARAKUYU Simav Devlet Hastanesine gönderilmesini, belirtilen tarih ve saatten sonra gönderilen teklif mektuplarının kabul edilmeyeceğini alınan tekliflerin değerlendirilmesinin Hastane idaresinin uygun olduğu zamanlarda yapılacağını bilinmesini rica ederim.

İdari Şartlar,

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Hastanemize aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, işçilik vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Gerekli olan Yedek Parçalar takılıp, cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
4. Söz konusu iş, siparişi takiben **5 gün** içerisinde Hastanenin mesai saatleri dâhilinde 08.00-16.00 saatlerinde Hastaneye teslim edilecektir
5. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 Mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 150 gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.
6. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiş olsa bile bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
7. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif** üzerinden değerlendirilecektir.
Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce hastanemize teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 274 513 68 73** no lu telefona faks edilmesi veya satinalmasimav@hotmail.com adresine mail olarak gönderilmesi daha sonra ise teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.

Dr. Elif CEYLAN
Başhekim V.

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	B. Fiyatı	Toplam
1	SU SİSTEMİ UV LAMBASI	2	ADET		
2	20 İNÇ HOUSİG FİLTRE TUTUCU KABI	2	ADET		
3	HEMODİYALİZ HAVA FİLTRESİ	1	ADET		
GENEL TOPLAM					

DİYALİZ ARITMA SİSTEMLERİ YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) BAKTERİ TUTUCU FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- Teklif edilen filtre steril ambalaj içerisinde teslim edilmelidir.
- Filtrenin sterilizasyonu otoklavda yapılabilmelidir.
- Teklif edilen filtrenin hava filtrasyon por çapı 0,2 veya 0,22 mic olmalıdır.
- Teklif edilen filtre saf su deposunun kapağına monte edilebilecek şekilde olmalıdır depo kapağına bağlantı yapılabilmesi için DN 25 veya DN 32 PVC adaptörlerine uyumlu muflu iç dişli olmalıdır.
- Teklif edilen filtrenin üretim tarihi ambalajında ay ve yıl olarak belirtilmelidir.
- Teklif edilen filtrenin montaj tarihinin yazılabilmesi için üzerine yapışan orijinal etiket olmalıdır.
- Teklif edilen filtre gerektiğinde otoklavda steril edilebilmelidir.
- Teklif edilen malzemenin garanti şartlarının korunması adına kurumun bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu düşünerek, teslim edilen ürünün istenilen değerleri sağlayacağına dair yüklenici firma 1 sene ürün depolama en az da 3 ay kullanım garantisi vermelidir.

Hava Filtresi Takoza

Teslim edilen hava filtresi takoza kullanmakta olduğumuz sistem takozuna uymaz ise hava filtresi takozuda verilecektir.

PVC malzemeden yapılmış olmalıdır.

Kullanmakta olduğumuz bakteri filtrelerine birebir uyumlu olmalıdır.

İki tarafı dişli olmalıdır.

Kolay takılıp çıkartabilir özellikte olmalıdır.

Teklif edilen malzemenin garanti şartlarının korunması adına kurumun bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu düşünerek, teklif edilen malzemenin montajı bakımçı firma nezaretinde yüklenici firma tarafından yapılacak, hem yüklenici hem de bakımçı firma tarafından onaylı teslim ve montaj formu düzenlenecektir.

Teklif edilen ürünün kullanımı sonrası su arıtma sistemini etkileyen herhangi bir olumsuz durum oluşması halinde ve ürün suyu analiz tahlillerinde uygun sonuç çıkması durumunda hem yüklenici hem de bakımçı firma gerekli kontrolleri yapacağını ve ürünün hastane tarafından uygun değerleri karşılamaması tespit edilmesi halinde ise yüklenici firma ürünü yenisi ile değiştireceğine dair taahhüt verecektir.

2- Ultraviyole Dezenfeksiyon Lambası:

- Teklif edilen UV lambası 84,6 cm boyunda , 1,9 cm çapında ve 4 pinli olmalıdır.
- Teklif edilen UV lambası 253,7 nm dalga boyunda ışın sağlamalıdır.
- Teklif edilen UV lambasının en az gücü 40 Watt olmalıdır.
- Teklif edilen malzemenin garanti şartlarının korunması adına kurumun bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu düşünerek, teklif edilen malzemenin montajı bakımçı firma nezaretinde yüklenici firma tarafından yapılacak, hem yüklenici hem de bakımçı firma tarafından onaylı teslim ve montaj formu düzenlenecektir.

Teklif edilen ürünün kullanımı sonrası su arıtma sistemini etkileyen herhangi bir olumsuz durum oluşması halinde ve ürün suyu analiz tahlillerinde uygun sonuç çıkması durumunda hem yüklenici hem de bakımçı firma gerekli kontrolleri yapacağını ve ürünün hastane tarafından uygun değerleri karşılamaması tespit edilmesi halinde ise yüklenici firma ürünü yenisi ile değiştireceğine dair taahhüt verecektir.

Teklif edilen malzemenin garanti şartlarının korunması adına kurumun bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu düşünerek, teslim edilen ürünün istenilen değerleri sağlayacağına dair yüklenici firma 1 sene kullanım garantisi vermelidir.

3- Montaj ve Alt Yapı:

A- Sistemin garanti şartlarının sorgulanabilmesi ve kurumun ileride olası bir zarara uğrama ihtimaline karşın garanti şartları açısından montaj ve kurulum bakımçı firma nezaretinde yüklenici firma tarafından yapılacak ve sistemin giriş suyu ile bağlantısı ve kullanım mekânı içinde sistem ünitelerinin tüm su ve atık su bağlantısı hastane teknik servisliği uygunluğunda gerçekleştirilecek ve sistem tam çalışır vaziyette teslim edilecektir.

B- Montaj ve alıřtırma iři en ge İki (2) gn iinde bitirilecektir.

C-Montaj ve alıřtırma ile ilgili tm masraflar, gerekli olabilecek personel ve test cihazları yklenici firma tarafından karřılanacaktır.

D- Montaj alıřmaları sırasında olabilecek kaza ve hasarlardan yklenici firma sorumludur.

E- Yklenici firmanın hastane diyaliz kullanım suyunun gvenliđi ve sistemin uygunluk standartları aısından kullanmakta olduđumuz sisteme ait yetki belgesi olmalı ve su arıtma sistemleri zerine TSE tarafından alınmıř hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.

Melike GSRAN
Diyaliz Teknisyeni
M. G.