

T.C.  
KÜTAHYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

Konu: Kurşun önlük

SİMAV/KÜTAHYA  
25.02.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile aşağıda yazılı İdari Şartlarda satın alınacaktır.  
İdari Şartlar;

1. Teklif mektubu aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde 0 274 513 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da [satinalmasimav@hotmail.com](mailto:satinalmasimav@hotmail.com) adresine mail olarak gönderilecektir. Daha sonra teklif mektubunun aslı gönderilecektir.
2. Teklif mektupları yazılı, ad-soyad ve/veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.
3. Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır, Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariç ya da dâhil olduğu belirtilmelidir, kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.
4. Teklif verilen malzemelerin markaları, ambalaj şekilleri ve idarenin kesin siparişine müteakip teslim süreleri teklif mektubunda bildirilecektir.
5. Teklifler Genel Yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
6. Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.
7. Şartname düzenlenmemiş olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize gönderilecektir.
8. İstenildiğinde malzemelere ait katalog teklif verme saatine kadar satın alma birimine teslim edilecektir.
9. İdaremiz alımı yapıp yapmamakta, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitinde serbesttir.
10. 25.03.2010 Tarihli 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereği ürünlerinizin TITUBB Kayıt Numarası, varsa SUT Kodu ve Distribütör firma ve/veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazılacaktır. Ayrıca Medulaya kayıtlı olduğuna dair belgelerini ibraz edeceklerdir.
11. Teklifi kabul edilen firmaya yazılı sipariş verilecek, alımın uhdenizde kaldığının bildirilmesine müteakip en geç 3(ÜÇ) gün içerisinde malzemeler talipli firma veya temsilcisi tarafından bizzat Hastanemiz Muayene Komisyonuna istenen belgeler ile birlikte teslim edilecektir.
12. Malzemelerin faturası mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.
13. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu'nun 10.maddesi "f" bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
14. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İli Kütahya İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 Mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 180 gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.
15. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiş olsa bile bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
16. Tekliflerinizi en geç 03.03.2022 günü Saat: 10:00 'a kadar bekler, işlerinizde başarılar dilerim.

Op. Dr. Naci ÇAĞLAR  
Başhekim

T.C.  
KÜTAHYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

S. No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	UBB NO	B. Fiyatı	Toplam
1	KORUYUCU DONANIM KURŞUN ÖNLÜK YETİŞKİN (ÇİFT TARAFLI VÜCUT / TAM KORUMALI)	16	ADET			
2	KORUYUCU DONANIM KURŞUN ÖNLÜK YETİŞKİN (TROİD - STERNİUM )	16	ADET			
3	KORUYUCU DONANIM KURŞUN GÖZLÜK	1	ADET			
<b>TOPLAM (KDV Hariçtir )</b>						

## X RAY KORUYUCU ÖN KORUMA KURŞUN ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- KURŞUN ÖNLÜK RADYASYONA KARŞI ÖN TARAFTA 0,50 mm Pb KURŞUN EŞDEĞERLİKTE KORUMA SAĞLAMALIDIR
- 2- ÖNLÜK ÖN KORUMA MODEL OLMALIDIR. ÖNDE ARKADAN ÇAPRAZ GELEN CİRTLİ BANTLARLA KAPANMALIDIR.
- 3- KURŞUN ÖNLÜĞÜN ERGONOMİK KULLANIMI VE UZUN ÖMÜR AÇISINDAN ÖNLÜĞÜN İÇ KUMAŞ KAPLAMASI VE KUMAS RENGİ İLE DIŞ KUMAŞ KAPLAMASI VE RENGİ FARKLI OLMALIDIR.
- 4- KURŞUN ÖNLÜĞÜN GÜVENLİK STANDARTLARI GEREĞİ ÖN YÜZÜNDE VE İÇ KISMINDA DOZİMETRE CEBİ OLMALIDIR.
- 5- ÖNLÜĞÜN BEDENİ MM EBATINDA VE TSE STANDARTLARINDA ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- 6- ÖNLÜK ETİKETİNDE ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, SATICI FİRMA BİLGİLERİ, BEDEN BİLGİLERİ, ÜRETİM TARİHİ, LOT NUMARASI, BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.
- 7- KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMOJEN, İNCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÇOK KATLI OLMALIDIR.
- 8- KURŞUN ÖNLÜĞÜN YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI KORUYUCU KURŞUN MATERİYAL KULLANILMAMALIDIR
- 9- X RAY KORUYUCU KURŞUN ÖNLÜĞÜNÜN KULLANIMI KOLAY VÜCUDU SARAN ÖZELLİKTE OLMALIDIR VE ÖNLÜK ÖN TARAFIN HER BÖLGESİNDE 0,50 PB KORUMA SAĞLAMALIDIR.
- 10- KULLANILAN KUMAŞ SU GEÇİRMEZ UZUN SÜRELİ KULLANIM VE HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR. ÖNLÜĞÜN BİYELERİ SU GEÇİRMEZ ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- 11- KURŞUN ÖNLÜKLERİN ÜRETİM HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FİRMA 2(İKİ) YIL GARANTİ VERMELİDİR.
- 12- KURŞUN ÖNLÜKLERİNİN CE - İSG BELGELERİNİN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR
- 13- KURŞUN ÖNLÜKLERİN DIŞ RENGİ LACİVERT OLMALIDIR. SATICI FİRMANIN UBB KAYIT NUMARASI OLMALIDIR.

Ali GÜNDOĞ  
Sor. Röntgen Teknisyeni

UZ.DR. SEVDİE İMAMOĞLU  
Radyoloji uzmanı

## X RAY KORUYUCU TROİD KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TİROİD KORUYUCU 0,50 MM PB KURŞUNA EŞ DEĞER KAUÇUK KURŞUN BİLEŞİMİNDEN OLMALIDIR.
2. KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMOJEN, İNCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI AMACI İLE ÇOK KATLI OLMALIDIR.
3. TİROİD KORUYUCU YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI KORUYUCU KURŞUN MATERİYAL KULLANILMAMALIDIR.
4. KULLANIMI RAHAT VE YAPIŞMA BANTLI OLMALIDIR.
5. KULLANILAN KUMAŞ SU GEÇİRMEZ UZUN SÜRELİ KULLANIM VE HİJYEN AÇISINDAN KOLAY SİLİNEBİLEN BİR YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.
6. TROİD KORUYUCU NUN ERGONOMİK KULLANIMI VE UZUN ÖMÜR AÇISINDAN ÖNLÜĞÜN İÇ KUMAŞ KAPLAMASI VE KUMAŞ RENGİ İLE DIŞ KUMAŞ KAPLAMASI VE RENGİ FARKLI OLMALIDIR.
7. TROİD KORUYUCULAR UZANTILI (ŞAPKA TİP) TROİD KORUYUCU OLMALIDIR..
8. TROİD KORUYUCU NUN CE - İSO BELGELERİNİN BULUNMASI GEREKMEKTEDİR
9. TROİD KORUYUCULARIN DIŞ RENGİ LACİVERT OLMALIDIR. SATICI FİRMANIN UBB KAYIT NUMARASI OLMALIDIR.
10. TROİD KORUYUCULARIN ETİKETİNDE ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ, SATICI FİRMA BİLGİLERİ, BEDEN BİLGİLERİ, ÜRETİM TARİHİ, LOT NUMARASI, BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.
11. TROİD KORUYUCU HATALARINA KARŞI ÜRETİCİ FİRMA 2(İKİ) YIL GARANTİ VERMELİDİR

Ali GÜNDOĞ  
Sor. Röntgen Teknisyeni

UZ.DR. SEVDİE İMAMOĞLU  
Radyoloji uzmanı

## KURŞUN GÖZLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GÖZE DÜŞEN DÜZ VE YAN IŞINLARDAN KORUYUCU ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
2. KURŞUN CAMLAR, BERRAK 0,75 mm Pb.EŞ DEĞERİNDE, EĞİMLİ, KAVİSLİ VE NET GÖRÜŞ SAĞLANMASI İÇİN SF-6 SCHOTT TİPTE OLMALIDIR.
3. HER YÜZ TİPİNE OLABİLEN VE KALİTELİ BİR ÇERÇEVEYE SAHİP OLMALIDIR. ÇERÇEVE TR90 NAYLONDAN MAMÜL OLMALI BU SAYEDE DEZENFEKSİYON SIRASINDA ZARAR GÖRMEMELİDİR.
4. AĞIRLIĞI 75 GRAMDAN FAZLA OLMAMALIDIR. ORJİNAL KUTUSU, DÜŞMEYİ ENGELLEYİCİ BAŞ BANDI VE SİLİKON BURUN YASTIKLARI OLMALIDIR.
5. KURŞUN GÖZLÜKLER ŞAKAKLARA DOĞRU EĞİMLİ MODEL OLMALI BU SAYEDE FAZLADAN MALZEME KULLANMAYA GEREK KALMADAN YANDAN GELEN IŞINLARA KARŞI DA KORUMA SAĞLAMALIDIR.
6. HASTANE PERSONELİ İÇİN KURŞUN GÖZLÜKLER 89/686/EEC KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRETİLMELİ (KATEGORİ III), CE İŞARETİ VE DÖRT HANELİ ONAYLI KURULUŞ NUMARASI ÜRÜN ETİKETİNE İŞLENMİŞ OLMALI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞUN VERDİĞİ SERTİFİKA İLE BELGELENDİRİLMELİDİR.
7. KURŞUN GÖZLÜKLERİN İLGİLİ BİRİM TARAFINDAN GEÇİRGENLİK TESTLERİ VE KULLANIM RAHATLIĞI DENENEREK KARAR VERİLECEKTİR.

Ali Civan  
Röntgen Tekn.  
J

Su