T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

Konu: Ortopedi sarf malzemesi Alımı

SİMAV/ KÜTAHYA
04 /03/ 2022

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun **22/f** maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile aşağıda yazılı İdari Şartlarda satın alınacaktır.

İdari Şartlar;

1. İstekliler tekliflerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30. maddesine göre tanzim edecek ve tekliflerini Mal alımları Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan KİK.019.0/M formuna uygun olarak düzenleyeceklerdir.
2. Teklif mektubu aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde
3. **0 274 513 68 73** nolu telefona faks edilecek ve daha sonra teklif mektubunun aslı gönderilecektir.
4. Teklif mektupları yazılı, ad-soyadı ve/veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.
5. Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır, Teklif edilen birim fiyata KDV Hariçtir ibaresi açıkça belirtilmelidir, kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.
6. Teklif verilen malzemelerin markaları, ambalaj şekilleri ve idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.
7. Teklifler her hasta için ayrı ayrı veya bütünlük arz etmemesi durumunda kalem kalem değerlendirilecektir.
8. Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.
9. Teklif edilen tüm ürünlerin; SUT'ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere T.C. İlaç ve Tıbbi Cihazı Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı/bildirim işi tamamlanmış olmalıdır. TİTUBB'da kayıtlı olan bir malzemenin ayrıca üretici ve/veya distribütör firmaları ile bayileri de TİTUBB'da tanımlanmış olmalıdır.
10. İsteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgeler onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir.
11. Şartname düzenlenmiştir. Gerekenlerin numuneleri hastanemizce görülebilir veya sorulabilir.
12. İstenildiğinde malzemelere ait katalog ve numuneler teklif verme saatine kadar satın alma birimine teslim edilecektir.
13. 25.03.2010 Tarihli 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereği ürünlerinizin **TİTUBB Kayıt Numarası, SUT Kodu ve Distribütör firma ve/veya Bayi Kodu, Tedarikçi Firma Vergi Kimlik Nosu** teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazılacaktır. **TİTUBB Kayıt Numarası, SUT Kodu ve Distribütör Firma ve/veya Bayi Kodu**, Tedarikçi **Firma Vergi Kimlik Nosu yazılmamış** olan teklifler değerlendirilmeyecektir.
14. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
15. Teklifi kabul edilen firmaya yazılı sipariş verilecek, alımın uhdenizde kaldığının bildirilmesine müteakip en geç ameliyat gününde malzemeler talipli firma veya temsilcisi tarafından bizzat Hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.
16. **KULLANILAN MALZEMELERİN FATURASI AMELİYAT TARİHİ İLE AYNI OLACAK, STİCKERLARI İLE BİRLİKTE (AMELİYAT DEFTERİ, HASTA DOSYASI VE FATURAYA YAPIŞTIRILACAKTIR) HASTANEMİZ ECZANESİNE TESLİM EDİLECEKTİR.**
17. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu'nun 10.maddesi "f" bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
18. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 Mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 150 gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.
19. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiş olsa bile bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
20. **Teklif veren firmalar teklif mektuplarında vergi numaralarını, kayıtlı olduğu oda, oda sicil numaralarını okunaklı bir şekilde belirtileceklerdir.**
21. Tekliflerinizi en geç 09/03/**2022 Saat:** 15**.00 'a kadar** bekler, işlerinizde başarılar dilerim.

Op.Dr.Naci ÇAĞLAR
Başhekim

EK: 1 Adet Malzeme Listesi
Teknik Şartname

Yeni Mahalle Fuar Alanı No:2 Simav/ 43500 KÜTAHYA
Döner Sermaye Vergi No: Simav V.D. 770 087 25 20
e-posta:satinalmasimav@hotmail.com

Tel/Faks: 0 274 513 68 73
Genel Bütçe Vergi No: Simav V.D. 302 037 50 68

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU
SATIN ALINACAK MALZEME LİSTESİ

1-Hasta: ELİF KARGAOĞLU
Doktor: Op. Dr. Ugur ÖZDEMİR
Teşhis: GONARTROZ
Ameliyat: 10.03.2022

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT Kodu	UBB KODU	BİRİM FİYATI	TOPLAM
1	FEMORAL KOMPONENT BAĞ KORUYAN	1	ADET	AP2300			
2	FEMORAL KOMPONENT BAĞ KESEN	1	ADET	AP2230			
3	TİBİAL KOMPONENT	1	ADET	AP2660			
4	TİBİAL İNSERT BAĞ KORUYAN	1	ADET	AP2530			
5	TİBİAL İNSERT BAĞ KESEN	1	ADET	AP2550			
6	PATELLA	1	ADET	AP2420			
	Toplam (KDV Hariçtir)						

Firma V.K.No: **Bayi Kodu:**

NOT:
1- AMELİYAT ESNASINDA KULLANILMASI PLANLANAN TÜM MALZEME ÇEŞİTLERİ VE BU MALZEMELERE AİT BARKOD NUMARALARI TEKLİFTE SUNULACAKTIR. TEKLİFTE BELİRTİLMEYEN BARKOD NUMARALI ÜRÜN KULLANILMASI DURUMUNDA ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
2- TİTUBB-İHALE SONUÇLARI-KİK RAPORLARI'NDA SATIŞI GÖZÜKMEYEN MALZEMELER İLE FİYAT TEKLİFLERİ KİK RAPORLARI ORTALAMASININ ÜZERİNDE OLAN MALZEMELER ALINMAYACAKTIR.
3-TEKLİF EDİLEN MALZEMELER BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN OLUP KULLANILDIĞI KADAR FATURA EDİLECEKTİR.
4-Ameliyattan sonra en geç iki işgünü içinde fatura hastaneye ulaşmadığı takdirde ödeme işlemi gerçekleştirilmeyecektir

Yeni Mahalle Fuar Alanı No:2 Simav/ 43500 KÜTAHYA
Döner Sermaye Vergi No: Simav V.D. 770 087 25 20
e-posta:satinalmasimav@hotmail.com

Tel/Faks: 0 274 513 68 73
Genel Bütçe Vergi No: Simav V.D. 302 037 50 68

FEMORAL KOMPONENT BAĞ KORUYAN	AP2300
FEMORAL KOMPONENT BAĞ KESEN	AP2230
TIBIAL KOMPONENT	AP2660
TIBIAL INSERT BAĞ KORUYAN	AP2530
TIBIAL INSERT BAĞ KESEN	AP2550
PATELLA	AP2420

ANATOMİK FEMUR, ANATOMİK TIBIALI BAĞ KORUYAN, BAĞ KESEN DEEP DISH INSERTLI DİZ PROTEZİ

1-Femoral komponent anatomik yapıya sahip olmalı sağ ve sol olarak ayrılmalıdır.
2-Femoral komponent Co-Cr-Mo alaşımından mamül olmalıdır.
3-Femoral komponentin rotasyonunu önlemek ve stabilizasyonu sağlamak için kondiline saplanan iki adet peg olmalıdır.
4-Femoral komponent en az 9 boy olmalıdır.
5-Femoral komponent tibial komponentin en az bir büyük veya küçük boyu ile uyumlu olmalıdır.
6-Femoral komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış olmalıdır.
7-Femoral komponent kesisi için 5,7 ve 9 derece valgus açısından herhangi biri seçilebilmelidir
8-Tibial komponent Co-Cr-Mo alaşımından mamül olmalıdır.
9-Tibial komponent in üst yüzeyi parlatılmış olmalıdır.
10-Tibial komponent insertin kalkmasını önlemek için kilitleme sistemine sahip olmalı ancak insertin hareketlerine engel olmamalıdır.
11-Tibial komponent anatomik yapıya sahip olmalı, sağ ve sol olarak ayrılmalıdır.
12-Tibial komponentte rotasyonu önlemek amacıyla geniş kanatlı stem olmalıdır.
13-Tibial komponent en az 6 boy olmalıdır.
14-Tibial komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış olmalıdır.
15-Tibial komponent üzerinde bir santral peg olmalı ve insert bu santral pegin üzerinde hareket etmelidir.
16-Tibial kesinin intramedüller yada ekstramedüller klavuz ile yapılmasına vaka içinde karar verilebilmeli her iki donanım set içinde mevcut olmalıdır.
17-Tibial kesi posteriora 6 derece eğimli yapılabilmelidir.
18-Tibial insert CROSSLİNK UHMWPE'den imal edilmiş olmalıdır.
19-Tibial insert her yöne 40 derece, A/P 7mm M/L 1mm hareket imkanı sağlamalıdır.
20-Tibial insert ve femoral komponentlerin birbirleri ile eklemleşen yüzeyleri yuvarlak ve uyumlu olmalıdır.
21-Tibial insert kalınlıkları 6 boy olmalıdır.
22-Patellar komponent UHMWPE'den tek parça mamül olmalıdır.
23-Patellar komponent en az 5 farklı çap ve iki kalınlık seçeneği olmalıdır.
24-Patellar komponentin iç yüzeyinde rotasyon önleyici 3 adet peg olmalıdır.