

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

SİMAV/KÜTAHYA
07.04.2022

Konu: Kapama cihazı

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile aşağıda yazılı İdari Şartlarda satın alınacaktır.

İdari Şartlar;

1. Teklif mektubu aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde 0 274 513 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalmasimav@hotmail.com adresine mail olarak gönderilecektir. Daha sonra teklif mektubunun aslı gönderilecektir.
2. Teklif mektupları yazılı, ad-soyad ve/veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.
3. Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır, Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariç ya da dâhil olduğu belirtilmelidir, kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.
4. Teklif verilen malzemelerin markaları, ambalaj şekilleri ve idarenin kesin siparişine müteakip teslim süreleri teklif mektubunda bildirilecektir.
5. Teklifler Genel Yekür/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
6. Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.
7. Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir.
8. Şartname düzenlenmemiş olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize gönderilecektir.
9. İstenildiğinde malzemelere ait katalog teklif verme saatine kadar satın alma birimine teslim edilecektir.
10. İdaremiz alımı yapıp yapmamakta, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespititte serbesttir.
11. 25.03.2010 Tarihli 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereği ürünlerinizin TİTUBB Kayıt Numarası, varsa SUT Kodu ve Distribütör firma ve/veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazılacaktır. Ayrıca Medulaya kayıtlı olduğuna dair belgelerini ibraz edeceklerdir.
12. Teklifi kabul edilen firmaya yazılı sipariş verilecek, alımın uhdenizde kaldığının bildirilmesine müteakip en geç 3(ÜÇ) gün içerisinde malzemeler talipli firma veya temsilcisi tarafından bizzat Hastanemiz Muayene Komisyonuna istenen belgeler ile birlikte teslim edilecektir.
13. Malzemelerin faturası mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.
14. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu'nun 10.maddesi "f" bendine istinaden (ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
15. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İli Kütahya İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 Mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 180 gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.
16. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiş olsa bile bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
17. Tekliflerinizi en geç 11.04.2022 günü Saat: 10:00 'a kadar bekler, işlerinizde başarılar dilerim.

Op. Dr. Naci ÇAĞLAR
Başhekim

S. No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	UBB NO	B. Fiyatı	Toplam
1	HORTUM KAPAMA CİHAZI	1	ADET			
TOPLAM (KDV Hariçtir)						

HORTUM KAPAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Taşınabilir cihaz, bataryalı güç ünitesi ve koaksiyel kablo ile güç ünitesine bağlanan sert plastikten imal edilmiş, kullanımı kolay ergonomik kapatma ünitesi ünitelerinden oluşmalıdır.
- 2- Cihaz kan torbaları, aferez setleri ve kemik iliği dondurma torbalarının hortumlarını RF yöntemiyle kapatabilmelidir. Kapatma esnasında ısı üretilerek kan hücrelerine zarar vermemelidir.
- 3- Hortum, cihaz ile kapatıldıktan sonra her iki taraftan çekilerek rahat bir şekilde ayrılmalı, makas v.b. gibi ek bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.
- 4- Cihaz ön ısıtma gerektirmemelidir.
- 5- Cihaz, kapatma zamanı 0,5 ile 5 saniye arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- 6- Cihazın ana gövdesinde açma kapama düğmesi, şarj durumu, kapama işlemine hazır olduğu, kapama işleminin tamamlandığı ve sıcaklık alarm göstergeleri bulunmalıdır.
- 7- Cihaz ile birlikte ücretsiz şarj kablosu, koaksiyel kablo ve taşıma askısı verilmelidir.
- 8- Cihazın ağırlığı bataryası ile birlikte 1,3 Kg. ergonomik kapatma ünitesi ağırlığı 230 Gramı geçmemelidir.
- 9- Ergonomik kapatma ünitesi, dış çapı 3-6 mm'ye kadar olan PVC hortumları steril ve sıvı akışı olmayacak şekilde kapatabilmelidir.
- 10- Ergonomik kapatma ünitesi üzerinde kapama işleminin tamamlandığını gösteren uyarıcı ışık olmalıdır.
- 11- Ergonomik kapatma ünitesi elektrotları plastik bir kapakla korunmalı ve temizlenmesi kolay olmalıdır.
- 12- Kapatma işleminden sonra maksimum 3 saniye sonra cihaz tekrar kullanıma hazır olmalıdır.
- 13- Tam kapasite şarj olan cihaz ile 500 veya üzeri kapatma işlemi yapılabilenlidir.
- 14- Cihaz 220V /50 Hz /50 şebeke voltajı ile çalışan uygun şarj cihazı ile şarj edilebilmelidir.
- 15- Cihazın pili 12V/2Ah., Frekansı 40,68 MHz. Kristal kontrollü, Çıkış Gücü 100W/50 Ohm.
- 16- Cihazın 93/42 EEC Belgesi olmalıdır.
- 17- Cihazı veren firma Türkiye Distribütörü olduğunu belgelemelidir.
- 18- Cihaz teknik servis hizmeti veren firmanın TSE ve ISO 9001 Teknik Servis Hizmet Belgesi olmalıdır.
- 19- Cihazın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı TITUBB kaydı bulunmalıdır.
- 20- Cihaz 2 yıl garantili olmalı garanti sonrası 10 (on) yıl süre ile ücreti karşılığı teknik servis, yedek parça, bakım ve onarım hizmeti verilmelidir.

Kan Akademi
Etiler

