

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

Konu:KEMİK ELEVATÖRÜ VE KEMİK KLEMPİ

SİMAV/KÜTAHYA
23.05.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile aşağıda yazılı İdari Şartlarda satın alınacaktır.

İdari Şartlar;

1. Teklif mektubu aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde 0 274 513 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalmasimav@hotmail.com adresine mail olarak gönderilecektir. Daha sonra teklif mektubunun aslı gönderilecektir.
2. Teklif mektupları yazılı, ad-soyad ve/veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.
3. Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır, Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariç ya da dâhil olduğu belirtilmelidir, kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.
4. Teklif verilen malzemelerin markaları, ambalaj şekilleri ve idarenin kesin siparişine müteakip teslim süreleri teklif mektubunda bildirilecektir.
5. Teklifler Genel Yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
6. Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.
7. Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir.
8. Şartname düzenlenmemiş olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize gönderilecektir.
9. İstenildiğinde malzemelere ait katalog teklif verme saatine kadar satın alma birimine teslim edilecektir.
10. İdaremiz alımı yapıp yapmamakta, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitinde serbesttir.
11. 25.03.2010 Tarihli 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereği ürünlerinizin TITUBB Kayıt Numarası, varsa SUT Kodu ve Distribütör firma ve/veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazılacaktır.Ayrıca Medulaya kayıtlı olduğuna dair belgelerini ibraz edeceklerdir.
12. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan malzemeler için üreticinin ve/veya ithalatçının bu malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyanı bulunacaktır.
13. Teklifi kabul edilen firmaya yazılı sipariş verilecek, alımın uhdenizde kaldığının bildirilmesine müteakip en geç 5(beş) gün içerisinde malzemeler talipli firma veya temsilcisi tarafından bizzat Hastanemiz Muayene Komisyonuna istenen belgeler ile birlikte teslim edilecektir.
14. Malzemelerin faturası mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.
15. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu'nun 10.maddesi "f" bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
16. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İli Kütahya İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 Mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 180 gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.
17. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiş olsa bile bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
18. Tekliflerinizi en geç 31.05.2022 günü Saat: 14:00 'a kadar bekler, işlerinizde başarılar dilerim.


Op.Dr.Naci ÇAĞLAR
Başhekim

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	UBB NO	B. Fiyatı	Toplam
1	KEMİK ELEVATÖRÜ (BAHADIR KATALOG KODU M.412.01 ESAS ALINMIŞTIR)	2 AD.			
2	KEMİK ELEVATÖRÜ ELEVATÖRÜ (BAHADIR KATALOG KODU M.418.02 ESAS ALINMIŞTIR)	2 AD.			
3	KEMİK KLEMPİ (OLUŞUM KATALOG KODU GERSTER 18-151 ESAS ALINMIŞTIR)	1 AD.			
4	KEMİK KLEMPİ (OLUŞUM KATALOG KODU GERSTER 18-153 ESAS ALINMIŞTIR)	2 AD.			
TOPLAM (KDV Hariçtir)					


KEMİK ELAVATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- **İSTENİLEN TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER :**
- 2- **Aletler ;** yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
- 3- **Aletler ;** buhar otoklavında 134 C ısı ve etüvde 180 C ısıda sterilizasyona dayanıklı olacaktır. Ayrıca gazlı Sterilizasyona uygun olacaktır.
- 4- Listelerde belirtilen aletlerin tanımlanması için **BAHADIR** kataloğunda ki M.412.01. kod numarası esas alınmıştır. Katılımcı firmalar; teklif ettikleri aletlerini kataloglarından tanımlayıp kod numaraları ile belirtecek ve bu teslimatta baz alınacaktır.
- 5- Elavator 24 cm uzunluğunda sivri uçlu olmalıdır.
- 6- **Firma;** Aletler yerli imalat ise **TSE** veya **TSEK** belgesi, ithal ise Uluslar arası kabul görmüş (**ISO, BDE, FDA, IEC, TÜV, UL vb.**) standart belgesine haiz olmalı ve firma teklifinde belgelemelidir.
- 7- Aletler üretici firma tarafından en az 5 yıl garantili olacaktır. Garanti süresi kapsamında kullanım hatası haricinde paslanma ve deforme olma gibi durumlarda, firma aleti yenisi ile değiştirecektir. Bu garanti hem satıcı hem de üretici veya ithalatçı firmaca ihale teklifi ile beraber verilecektir.




KEMİK ELAVATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İSTENİLEN TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER :
- 2- **Aletler** ; yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
- 3- **Aletler** ; buhar otoklavında 134 C ısı ve etüvde 180 C ısıda sterilizasyona dayanıklı olacaktır. Ayrıca gazlı Sterilizasyona uygun olacaktır.
- 4- Listelerde belirtilen aletlerin tanımlanması için **BAHADIR** kataloğunda ki M.418.02. kod numarası esas alınmıştır. Katılımcı firmalar; teklif ettikleri aletlerini kataloglarından tanımlayıp kod numaraları ile belirtecek ve bu teslimatta baz alınacaktır.
- 5- Elavatör 24 cm uzunluğunda sivri uçlu olmalıdır.
- 6- **Firma**; Aletler yerli imalat ise **TSE** veya **TSEK** belgesi, ithal ise Uluslar arası kabul görmüş (**ISO, BDE, FDA, IEC, TÜV, UL vb.**) standart belgesine haiz olmalı ve firma teklifinde belgelemelidir.
- 7- Aletler üretici firma tarafından en az 5 yıl garantili olacaktır. Garanti süresi kapsamında kullanım hatası haricinde paslanma ve deforme olma gibi durumlarda, firma aleti yenisi ile değiştirecektir. Bu garanti hem satıcı hem de üretici veya ithalatçı firmaca ihale teklifi ile beraber verilecektir.



KEMİK KLEMPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- **İSTENİLEN TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER :**
- 2- **Aletler ;** yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
- 3- **Aletler ;** buhar otoklavında 134 C ısı ve etüvde 180 C ısıda sterilizasyona dayanıklı olacaktır. Ayrıca gazlı Sterilizasyona uygun olacaktır.
- 4- Listelerde belirtilen aletlerin tanımlanması için **OLUŞUM** kataloğunda ki Gerster 18-151 kod numarası esas alınmıştır. Katılımcı firmalar; teklif ettikleri aletlerini kataloglarından tanımlayıp kod numaraları ile belirtecek ve bu teslimatta baz alınacaktır.
- 5- Elavatör 24 cm uzunluğunda sivri uçlu olmalıdır.
- 6- **Firma;** Aletler yerli imalat ise **TSE** veya **TSEK** belgesi, ithal ise Uluslar arası kabul görmüş (**ISO, BDE, FDA, IEC, TÜV, UL vb.**) standart belgesine haiz olmalı ve firma teklifinde belgelemelidir.
- 7- Aletler üretici firma tarafından en az 5 yıl garantili olacaktır. Garanti süresi kapsamında kullanım hatası haricinde paslanma ve deforme olma gibi durumlarda, firma aleti yenisi ile değiştirecektir. Bu garanti hem satıcı hem de üretici veya ithalatçı firmaca ihale teklifi ile beraber verilecektir.



KEMİK ELAVATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- İSTENİLEN TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER :

- 2- **Aletler** ; yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
- 3- **Aletler** ; buhar otoklavında 134 C ısı ve etüvde 180 C ısıda sterilizasyona dayanıklı olacaktır. Ayrıca gazlı Sterilizasyona uygun olacaktır.
- 4- Listelerde belirtilen aletlerin tanımlanması için **Olusum** kataloğunda ki Gerster-Lowmann18-153 kod numarası esas alınmıştır. Katılımcı firmalar; teklif ettikleri aletlerini kataloglarından tanımlayıp kod numaraları ile belirtecek ve bu teslimatta baz alınacaktır.
- 5- Elavatör 24 cm uzunluğunda sivri uçlu olmalıdır.
- 6- **Firma**; Aletler yerli imalat ise TSE veya TSEK belgesi, ithal ise Uluslar arası kabul görmüş (ISO, BDE, FDA, IEC, TÜV, UL vb.) standart belgesine haiz olmalı ve firma teklifinde belgelemelidir.
- 7- Aletler üretici firma tarafından en az 5 yıl garantili olacaktır. Garanti süresi kapsamında kullanım hatası haricinde paslanma ve deforme olma gibi durumlarda, firma aleti yenisi ile değiştirecektir. Bu garanti hem satıcı hem de üretici veya ithalatçı firmaca ihale teklifi ile beraber verilecektir.

