

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

SİMAV/KÜTAHYA
18.05.2022

Konu: Sarf malzeme

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile aşağıda yazılı İdari Şartlarda satın alınacaktır.

İdari Şartlar;

1. Teklif mektubu aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde 0 274 513 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalmasimav@hotmail.com adresine mail olarak gönderilecektir. Daha sonra teklif mektubunun aslı gönderilecektir.
2. Teklif mektupları yazılı, ad-soyad ve/veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.
3. Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır, Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariç ya da dâhil olduğu belirtilmelidir, kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.
4. Teklif verilen malzemelerin markaları, ambalaj şekilleri ve idarenin kesin siparişine müteakip teslim süreleri teklif mektubunda bildirilecektir.
5. Teklifler Genel Yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
6. Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.
7. Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir.
8. Şartname düzenlenmemiş olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize gönderilecektir.
9. İstenildiğinde malzemelere ait katalog teklif verme saatine kadar satın alma birimine teslim edilecektir.
10. İdareimiz alımı yapıp yapmamakta, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespititte serbesttir.
11. 25.03.2010 Tarihli 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereği ürünlerinizin TITUBB Kayıt Numarası, varsa SUT Kodu ve Distribütör firma ve/veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazılacaktır. Ayrıca Medulaya kayıtlı olduğuna dair belgelerini ibraz edeceklerdir.
12. Teklifi kabul edilen firmaya yazılı sipariş verilecek, alımın uhdenizde kaldığının bildirilmesine müteakip en geç 3(ÜÇ) gün içerisinde malzemeler talipli firma veya temsilcisi tarafından bizzat Hastanemiz Muayene Komisyonuna istenen belgeler ile birlikte teslim edilecektir.
13. Malzemelerin faturası mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.
14. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu'nun 10.maddesi "f" bendine istinaden (ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdareimizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
15. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İli Kütahya İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 Mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 180 gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.
16. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiş olsa bile bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
17. Tekliflerinizi en geç 24.05.2022 günü Saat: 10:00 'a kadar bekler, işlerinizde başarılar dilerim.

Dr. Elif CEYLAN
Başhekim Y.

S. No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	UBB NO	B. Fiyatı	Toplam
1	KATATERLİ HEMODİYALİZ GİRİŞ ÇIKIŞ SETİ	6.000	ADET			
TOPLAM (KDV Hariçtir)						

KATETER KİTİ BAKIM SETİ, GİRİŞ ÇIKIŞ

SMT Temel İşlevi:	1. Diyaliz kateter setler ve fistüllerinin bakım için tasarlanmış medikal ürün olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün diyaliz kateterleri için kullanılan giriş çıkış seti ve/veya fistül bağlantı için kullanılan çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. 3. Ürün giriş ve çıkış kiti ayrı ayrı paketlenmiş kullanıma hazır olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	<p>Set içerikleri aşağı şekilde sunulmalıdır.</p> <p><u>Diyaliz Giriş Seti İçeriği:</u></p> <p>a. Spanç,4 (dört) adet, yüksek kan emici özeliği olan gazlı bezden (%70 viscon %30 polyester non-woven kumaştan) 4 katlı, 7(±2)cm *7(±2) cm. ebadında.</p> <p>b. Anti-alerjik pudrasız nitril eldiven, cerrahi yöntemle katlanmış, 2 (iki) adet</p> <p>c. Kateter örtüsü 1 (bir) adet 30(±5) cm. x 40(±5) cm. ölçülerinde yüksek emicilik özelliği olan, üzerinde hazır kesigi olan kateter altı örtüsü olmalıdır.</p> <p>d. Yara pedi 1 (bir) adet 10 cm. x 10 cm. ölçüsünde</p> <p><u>Diyaliz çıkış katater bakım Seti:</u></p> <p>a. spanç 4 (dört) adet,(%70 viscon %30 polyester non-woven kumaştan) 4 katlı, , 7(±2)cm *7ölçüsünde.</p> <p>b. Anti-alerjik pudrasız nitril eldiven, cerrahi yöntemle katlanmış, 2 (iki) adet</p> <p>c. Kateter kesesi 1 (bir) adet, 5(±2) cm.*20(±5) cm. ölçüsünde olmalıdır.</p> <p>a. Fix flaster (sabitleyici olarak kullanılan), Kесе üzerine yapışık halde en az 5cm* 10 cm en fazla 7.5*10 cm ebatlarında olmalıdır.</p> <p>d. Kateter stoperi 2 (iki) adet</p>
Genel Hükümler:	e. Tek kullanımlık steril ambalajda teslim edilmelidir. f. Ürünler etilen oksitle steril edilmiş olmalıdır.

