

T.C.  
KÜTAHYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

Konu: Sarf malzeme

SİMAV/KÜTAHYA  
23.05.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile aşağıda yazılı İdari Şartlarda satın alınacaktır.

İdari Şartlar;

1. Teklif mektubu aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde 0 274 513 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da [satinalmasimav@hotmail.com](mailto:satinalmasimav@hotmail.com) adresine mail olarak gönderilecektir. Daha sonra teklif mektubunun aslı gönderilecektir.
2. Teklif mektupları yazılı, ad-soyad ve/veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.
3. Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır, Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariç ya da dâhil olduğu belirtilmelidir, kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.
4. Teklif verilen malzemelerin markaları, ambalaj şekilleri ve idarenin kesin siparişine müteakip teslim süreleri teklif mektubunda bildirilecektir.
5. Teklifler Genel Yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
6. Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.
7. Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir.
8. Şartname düzenlenmemiş olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize gönderilecektir.
9. İstenildiğinde malzemelere ait katalog teklif verme saatine kadar satın alma birimine teslim edilecektir.
10. İdareміz alımı yapıp yapmamakta, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespitinde serbesttir.
11. 25.03.2010 Tarihli 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereği ürünlerinizin TITUBB Kayıt Numarası, varsa SUT Kodu ve Distribütör firma ve/veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazılacaktır. Ayrıca Medulaya kayıtlı olduğuna dair belgelerini ibraz edeceklerdir.
12. Teklifi kabul edilen firmaya yazılı sipariş verilecek, alımın uhdenizde kaldığının bildirilmesine müteakip en geç 3(ÜÇ) gün içerisinde malzemeler talipli firma veya temsilcisi tarafından bizzat Hastanemiz Muayene Komisyonuna istenen belgeler ile birlikte teslim edilecektir.
13. Malzemelerin faturası mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.
14. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu'nun 10.maddesi "f" bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdareміzın sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
15. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İli Kütahya İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 Mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 180 gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.
16. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiş olsa bile bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
17. Tekliflerinizi en geç 31.05.2022 günü Saat: 10:00 'a kadar bekler, işlerinizde başarılar dilerim.


Op.Dr.Naci ÇAĞLAR  
Başhekim

T.C.  
KÜTAHYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

S. No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	UBB NO	B. Fiyatı	Toplam
1	NAZAL CPAP SETİ XL	2	ADET			
2	NAZAL CPAP SETİ XXL	2	ADET			
3	NAZAL CPAP SETİ XXXL	2	ADET			
<b>TOPLAM ( KDV Hariçtir )</b>						

## YENİDOĞAN NASAL CPAP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen parçalar hastanemizde mevcut ventilatör cihazları ile uyumlu olmalıdır.
2. Ncpap seti, ekspirasyon ve inspirasyon hattı tüpleri (decoupling tube sets) , bunların uygun 10 mm. lik konnektörleri, mıknatıslı aplikatörü, nasal prong ve 1 adet istenilen boyda(XL-XXL-3XL) boneden oluşmalıdır.
3. Tüplerin, prongların, maskelerin ve aplikatörün her biri ayrı ayrı steril paketlerde teslim edilmelidir. Teslim edilen ürünlerin steril edildiği bilgisi poşetlerin üzerinde belirtilmelidir.
4. Her bir ncpap setinde, decoupling tüpler, uygun ölçüde bone, nasal prong ve bunların sabitleneceği aplikatör yer almalıdır.
5. Aplikatörün üzerine gerektiğinde kullanım için basınç ölçüm konektörü yer almalıdır.
6. Sistemde kullanılacak prongların bebeğin burnuna giren kısmı kanca şeklinde olmalı, ventilatörden gelen akışla uç silikon kısımlar şişkinleşerek buruna kolay oturması sağlanmalı ve basınç kaçaqları engellenmelidir.
7. Setler kaçaqları minimuma indirmek için tasarlanmış olmalı, mıknatıslı aplikatör ile tüplere farklı pozisyonlar verilebilmelidir.
8. İstenildiğinde kullanılmak için tasarlanmış en az üç farklı boyda, setlerle uyumlu nasal maskeler ücreti karşılığı temin edilebilmelidir.
9. Teklif ile birlikte üretici ve temsilci firmanın ayrı ayrı yetki belgesi verilmelidir.
10. Setler istenildiğinde farklı model ventilatör cihazları ile de kullanılabilir.
11. Setlerin tamamı tek kullanımlık olmalıdır. İstenildiğinde temin edilmek üzere ücreti karşılığında en az dokuz farklı boy bone ile altı farklı boy prong seçilebilmelidir.
12. Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.
13. Kullanıcının talebine göre her bir sette istenilen boyda bir adet bone, bir adet prong veya bir adet maske ve bağlantı aparatları ile teslim edilmelidir.



Fatma OKTEM  
Hemşire  
