

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi

SİMAV/KÜTAHYA
17.08.2022

Konu: Sarf malzeme

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulü ile aşağıda yazılı İdari Şartlarda satın alınacaktır.

İdari Şartlar;

1. Teklif mektubu aşağıda belirtilen tarih ve saate kadar teslim edilecektir. Teslim edilememesi halinde 0 274 513 68 73 nolu telefona faks edilecek ya da satinalmasimav@hotmail.com adresine mail olarak gönderilecektir. Daha sonra teklif mektubunun aslı gönderilecektir.
2. Teklif mektupları yazılı, ad-soyad ve/veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.
3. Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır, Teklif edilen birim fiyata KDV'nin hariç ya da dâhil olduğu belirtilmelidir, kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.
4. Teklif verilen malzemelerin markaları, ambalaj şekilleri ve idarenin kesin siparişine müteakip teslim süreleri teklif mektubunda bildirilecektir.
5. Teklifler Genel Yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
6. Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.
7. Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir.
8. Şartname düzenlenmemiş olup, tekliflerle birlikte "numuneler" hastanemize gönderilecektir.
9. İstenildiğinde malzemelere ait katalog teklif verme saatine kadar satın alma birimine teslim edilecektir.
10. İdaremiz alımı yapıp yapmamakta, dilediği miktarlarda yapmakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
11. 25.03.2010 Tarihli 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereği ürünlerinizin TITUBB Kayıt Numarası, varsa SUT Kodu ve Distribütör firma ve/veya Bayi Kodu teklifinizle birlikte proformada mutlaka yazılacaktır. Ayrıca Medulaya kayıtlı olduğuna dair belgelerini ibraz edeceklerdir.
12. Teklifi kabul edilen firmaya yazılı sipariş verilecek, alımın uhdenizde kaldığının bildirilmesine müteakip en geç 3(ÜÇ) gün içerisinde malzemeler talipli firma veya temsilcisi tarafından bizzat Hastanemiz Muayene Komisyonuna istenen belgeler ile birlikte teslim edilecektir.
13. Malzemelerin faturası mal teslimi ile birlikte hastanemiz Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.
14. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 sayılı Kanunu'nun 10.maddesi "f" bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
15. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren Kütahya İli Kütahya İli Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 Mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 180 gün içerisinde ödenecektir. Peşin ödeme yapılmayacak ve gecikme cezası ödenmeyecektir.
16. Teklif veren firma kendi antetli teklif mektubunda vermiş olsa bile bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
17. Tekliflerinizi en geç 26.08.2022 günü Saat: 10:00 'a kadar bekler, işlerinizde başarılar dilerim.

Op. Dr. Naci ÇAĞLAR
Başhekim

S. No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	UBB NO	B. Fiyatı	Toplam
1	DAMLA AYAR SETİ	2.000	ADET			
TOPLAM (KDV Hariçtir)						

DAMLA AYARLAYICI

- 1-Ayar seti steril bir ambalaj içerisinde verilmelidir. Tıbbi PVC'den yapılmış olmalı, Üzerinde damla ayarı miktarını gösteren bir akım kontrol ünitesi ile her iki ucundan çıkan serum hortumundan oluşmalıdır.Kullanımı ve kurulumu kolay olmalı. Saatte minimum 5 ila maximum en az 250 ml akım hızına sahip olmalıdır.Sıvı hız ayarı hassas ve sabit olmalı, ayarlanan miktarlarda sıvıyı göndermeli, bilinçsiz ve istemsiz müdahalelerden etkilenmemelidir.
- 2-Ayar setinin yanında Türkçe kullanma prospektüsü bulunmalı; bu prospektüste setin takılma şekli resimli olarak belirtilmelidir. Kullanım prospektüsünde kullanma talimatı geniş olarak belirtilmelidir.
- 3-Mayi seti güvenilir olup ayarlandığı ölçüde sabit sıvı akışını sağlamalıdır. Hasta hareketi ile ayar bozulmamalıdır. Hortum boyunca kırılma yapmamalıdır. Bağlantı yerlerden çıkmamalı akıntı yapmamalıdır.
- 4-Mayi setinin ayar dereceleri sırası ile en az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250 ml-saat olarak tanzim edilmiş olmalıdır. Ara değerler için işaret bulunması da yeterli kabul edilecektir (Örneğin 10 ila 20 arasında 15 yerine çizgi veya nokta gibi)Mayi ayar seti hassas olup, ayarladığı ölçüde sıvı akışını sağlamalıdır. Sapma oranı $\% \pm 5$ üzerinde olmamalıdır.
- 5-Setin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanılırken açılmalıdır.
- 6-Setin uzunluğu en az 50 cm. +/- 5 cm. Olup, set yumuşak kolay kırılmayan özel malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 7-Sıvının geçmiş olduğu hortumun iç ve dış çapı düzenli ayarlandığı ölçüde mayi akışına engel olmayacak ölçülerde olmalıdır.
- 8-Set üzerinde hariçten ilaç zerk etmek için kauçuk tıpa bulunmalıdır, Y enjeksiyon portu bulunmalıdır.
- 9-Bağlantı yerleri çıkma/kopma/kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 10-Kullanıcılara verilmek üzere firma tarafından Türkçe I.V. Akış regülâtörü(Hesap cetveli)yeterli miktarda verilmelidir.
- 12-Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalı.

Yeni Tıp
Eczacı
Kocaeli Hastanesi

